

Zadávací dokumentace

K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky: **Výběr dodavatele hlubokomrazícího boxu**

Zadavatel: **Nemocnice Na Homolce**

Sídlo: **Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5-Motol**

IČ: **00023884**

DIČ: **CZ00023884**

Bankovní spojení: **5012-1816024093/0300**

Statutární orgán: **MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice**

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

- a) ve věcech technických a smluvních: Ing. Martin Mayer
Tel : 257 272 980
E-mail: martin.mayer@homolka.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka **skříňového hlubokomrazícího boxu pro skladování plazmy** k využití na transfuzním oddělení OKBHI, splňujícího následující požadavky:

- 1 ks skříňového mrazícího boxu
- dosažitelná teplota -40°C (při teplotě místnosti do +30°C)
- minimální objem boxu 500 l
- vnitřní ventilátor - nucený oběh vzduchu
- mikroprocesorové řízení, zobrazení teploty
- opticko – akustický alarm pro signalizaci poklesu teploty nebo výpadku el. proudu
- systém pro ochranu materiálu při výpadku el. proudu
- systém programovatelného automatického odmrazování
- použití nehořlavého, nevýbušného a ekologického chladiva
- vybavení drátěnými zásuvkami (košíky) o výšce cca 120 mm, které by měly vyplňovat celý prostor boxu
- snadné a intuitivní ovládání
- napájení: 230V/50Hz

- Další požadavky:
 - BTK a servis v záruční době zdarma
 - záruka min. 2 roky (delší záruka výhodou)
 - zaškolení technika OBMI na obsluhu, nastavení a údržbu přístroje
 - přehled spotřebního materiálu (název, cena,...)
 - nástup na servis do 24 hodin, při neodstranění závady zapůjčení náhradního přístroje
 - cena pozáručního servisu a BTK

3. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou a předloženo v elektronické podobě ve formátu PDF, jako součást nabídky.

4. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah $\pm 10\%$.

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky

- a) Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- b) Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
- c) Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

6. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

7. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští.


8. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- a) Nabídka bude vypracována v českém jazyce, musí obsahovat položkovou cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně komplectace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, zaškolení personálu, atd.
- b) Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy ve formátu PDF. Uchazeč použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní smlouvy pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá. Dále prohlášení o shodě (Declaration of conformity), technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání.
- c) Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu martina.nejepsova@homolka.cz.
- d) Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději do **6.6.2011**. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

9. Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Bc. Ladislava Škarda Tel: 257 272 187, Mobil: 603 280 350, E-mail: Ladislav.Skarda@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI



Nemocnice Na Homolce
biomedicínské inženýrství (1)
150 30 Praha 5, Roentgenova 2

Příloha č. 1 Kupní smlouva na zdravotnický přístroj