



Zadávací dokumentace

K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky: Výběr dodavatele ventilových sterilizačních kontejnerů

Zadavatel: Nemocnice Na Homolce

Sídlo: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol

IČ: 00023884

DIČ: CZ00023884

Bankovní spojení: 5012-1816024093/0300

**Statutární orgán: MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice**

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

Ve věcech technických a smluvních: Ing. Martin Mayer
Tel: +420 257 272 980
E-mail: martin.mayer@homolka.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení **88 kusů ventilových kontejnerů, 82 kusů sít do kontejnerů a 17 kusů silikonových ježků do sít** pro oddělení centrální sterilizace NNH, splňujících následující parametry:

• Technické požadavky:

- Kompatibilita se stávajícím vybavením Steriset Wagner
- Primární obal musí splňovat podmínky dle ČSN EN- 868-1 (norma pro obalové materiály a systém balení zdravotnických prostředků) a vyhlášky MZ ČR 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
- Materiál použitý u sterilizačních kontejnerů musí být eloxovaný hliník
- Víka uceleného kontejnerového systému musí splňovat podmínku dvojitého ochranného víka s integrovaným ventilem, který zabezpečuje ochranu obsahu a splňuje 100% mikrobiální bariéru
- Možnost mechanické kontroly a ověření funkčnosti mikrobiální bariéry před každou sterilizací, popř. i po sterilizaci, resp. po otevření sterilního kontejneru
- Možnost automatického zaplombování, které je vizuálně kontrolováno obsluhou po každém sterilizačním cyklu.
- Možnost odlišení kontejnerů – barevné rozlišení držadel kontejnerů.
- Kontejnery musí plnit podmínky normy EN 868-8; dále nesmí měnit svůj tvar v průběhu, ani po ukončení sterilizačního cyklu
- Není přípustné, aby se víko kontejneru dalo odstranit bez nutnosti uvolnění mechanické pojistky
- Síta drátěná nerezová se snadnou a bezpečnou možností vytažení z vany kontejneru
- Jednoduchá manipulace s kontejnerem, držadla kontejneru otočná v ose 180°

• Rozměrové a kusové požadavky:

Kontejner		Síto		Silikonový ježek do síta	
rozměry	ks	rozměry	ks		ks
296x275x120 /TVA 30/	21	245x240x80 /SDL 3380/	19		
296x275x140 /TVA 31/	5	245x245x60 /SCD 336/	7	/SNS-33S/	5
296x275x210 /TVA 34/	2	245x245x100 /SCD 3310/	2		
596x275x120 /TVA60/	6	515x245x60 /SCD 636/	6		
596x275x140 /TVA 61/	10	515x245x60 /SCD 636/	10		
596x275x160 /TVA 62/	27	515x245x60 /SCD 636/	27		
596x275x210 /TVA 64/	5	515x245x100 /SCD 6310/	5	/SNS-63S/	6
456x280x140 /TVA 41/	4	400x250x60 /SCD 436/	4		
456x280x160 /TVA 42/	2	400x240x100 /SDL 431 H/	2	/SNS-43S/	2
285x135x80 /KVA 11/	6	-	-	/SNS-315/	4
celkem	88		82		17

Další požadavky:

- Záruka min. 2 roky
- Servis v záruční době zdarma

3. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou a předloženo v elektronické podobě ve formátu PDF, jako součást nabídky.

4. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnížší nabídkovou cenu bez DPH.

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky

- Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
- Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

6. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

7. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští.

8. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
- Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy ve formátu PDF. Uchazeč použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní smlouvy pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá.
- Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu martina.nejepsova@homolka.cz.

Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději do **18.12.2011**. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem – Ing. Martina Nejepsová, tel.: +420 257 272 363, mobil: +420 733 611 545.

9. Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Bc. Ladislava Škardy, tel.: +420 257 272 968, mobil: +420 603 280 350, e-mail: ladislav.skarda@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI



Příloha č. 1 Kupní smlouva na zdravotnický přístroj