



Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5

V Praze dne 10.11.2011

Poskytnutí dodatečných informací č. 2

Vážení,

zadavatel Nemocnice Na Homolce, IČ 00023884, se sídlem Roentgenova 2/37, Praha 5 – Motol poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám vnitřního výběrového řízení s názvem „Výběr dodavatele Anesteziologického přístroje“.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

- 3. Dodávka anesteziologických přístrojů je bez odpařovačů pokud je zajištěna kompatibilita s odpařovači Dräger (systém Interlock D2000). V případě nekompatibility požadujeme dodání přístrojů s odpařovači Isofluranu a Sevofluranu.**
- 4. Dotaz: Parametry ventilátoru v ZD požadují: Inspirační pauza 0-60 procent času inspira. Připouští zadavatel řešení: Inspirační pauza 0-30 procent času inspira?
Odpověď: Zadavatel inspirační pauzu 0-30 procent času inspira připouští.**
- 5. Prodloužení termínu pro doručení nabídek do pátku 18.11.2011 do 13:00.**

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktuální zadávací dokumentace