



Zadávací dokumentace

K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky: **Výběr dodavatele automatického přístroje pro zevní srdeční masáž**

Zadavatel: **Nemocnice Na Homolce**

Sídlo: **Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5-Motol**

IČ: **00023884**

DIČ: **CZ00023884**

Bankovní spojení: **5012-1816024093/0300**

Statutární orgán: **MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice**

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

ve věcech technických a smluvních: Ing. Martin Mayer

Tel : 257 272 980

E-mail: martin.mayer@homolka.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka **automatického přístroje pro zevní srdeční masáž** splňující následující požadavky:

- terapeutické funkce přístroje v souladu s doporučením AHA / ERC 2010 (100 kompresí / min., hloubka komprese 5 cm)
- cyklus komprese / dekomprese v poměru 1:1
- možnost aktivní dekomprese hrudníku
- možnost souběžného použití jednorázových elektrod pro defibrilaci
- s nasazeným přístrojem možnost snímat 12-ti svodové EKG
- transparentnost pro rentgenové záření při kardiologickém intervenčním výkonu (např. akutní perkutánní koronární intervence) alespoň z pěti úhlů
- zdroj napájení přístroje z baterie i ze sítě 220 V - obojí musí být splněno
- snadná přenosnost - váha kompletního systému včetně baterií a přenosného vaku (brašny - batohu) do 10 kg

- Záruční doba 24 měsíců
- Záruční servis a BTK v ceně dodávky

3. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

4. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

5. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

6. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští.

7. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídka bude vypracována v českém jazyce.

Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu martina.nejepsova@homolka.cz.

Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději 27. 4. 2011. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

8. Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Ing. Martiny Nejepsové tel.: 257 272 363, Mobil: 733 611 545, E-mail: martina.nejepsova@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI