



## **Zadávací dokumentace**

### **k podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení**

Název veřejné zakázky: **Výběr dodavatele Anesteziologického přístroje**

Zadavatel: **Nemocnice Na Homolce**

Sídlo: **Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5-Motol**

IČ: **00023884**

DIČ: **CZ00023884**

Bankovní spojení: **5012-1816024093/0300**

Statutární orgán: **MUDr. Vladimír Dbalý, MBA  
ředitel nemocnice**

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

## 1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

Ve věcech technických a smluvních: Ing. Martin Mayer  
Tel: +420 257 272 980  
E-mail: [martin.mayer@homolka.cz](mailto:martin.mayer@homolka.cz)

## 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení **2 kusů anesteziologických přístrojů** pro Nemocnici Na Homolce, které musí splňovat následující požadavky:

### Základní parametry:

- pojízdný přístroj
- připojení na standardní rozvody medicínálních plynů – AIR, O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, vakuum
- integrovaný odvod anesteziologických plynů (odsávání přebytečných plynů z patientského okruhu)
- monitorace ventilačních parametrů – Vt insp/ exp, Vmin insp/ exp, PEEP, Ppeak, Pplat, compliance, rezistence, smyčky plicní mechaniky)
- sidestream analýza plynů (hodnoty O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub> a anesteziologických plynů), měření MAC
  - integrace zobrazení všech těchto parametrů v monitoru přístroje
  - paramagnetické měření O<sub>2</sub>
- elektronické rotametry
- schopnost kompenzace nebo úplného odfiltrování tlakových výkyvů v rozvodu plynů
- možnost připojení jednocestných okruhů
- akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti
- režim stand by
- možnost okamžité ventilace i při vypnutém přístroji pro možnost rychlého úvodu do anestézie v urgentních případech
- integrovaná odsávačka bronchů
- pracovní plocha o rozměru min. 35x25 cm
- osvětlení pracovní plochy a ovládacích prvků

### Parametry ventilátoru:

- elektronicky řízený
- vedení anestézie s malými průtoky čerstvých plynů od 0,2 l/min (low – flow, minimal – flow) s návratem měřeného vzorku zpět do uzavřeného patientského okruhu a možností monitorace využití čerstvé směsi pro optimalizaci nastavení průtoku
- kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu
- jednoduchý testovací režim (bez nutnosti účasti obsluhy)
- dechový objem (V<sub>T</sub>) min: 20– 1400 ml
- dechová frekvence min do 80 dechů/min
- poměr I:E min od 5: 1 do 1 : 8
- nastavitelný průtokový trigger v minimálním rozsahu 1 – 15,0 l/min.
- PEEP nastavitelný min.: 0 - 20 cm H<sub>2</sub>O
- inspirační pauza 0-60 procent času inspira

### Ventilační režimy:

- manuální, spontánní
- objemově-řízená ventilace
- tlakově-řízená ventilace
- synchronizovaná řízená ventilace s tlakovou podporou (SIMV/PS)
- spontánní ventilace s tlakovou podporou

Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%) jsou považovány za nejvýše či nejnižší přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

### **3. Kvalifikační předpoklady**

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou a předloženo v elektronické podobě ve formátu PDF, jako součást nabídky.

### **4. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky**

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

### **5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky**

- Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
- Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

### **6. Další podmínky**

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

### **7. Variantní řešení**

Zadavatel nepřipouští.

### **8. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky**

- Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
- Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy ve formátu PDF. Uchazeč použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní smlouvy pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá.
- Součástí nabídky bude vyplněná příloha č. 2 (Přehled požadovaných technických vlastností)
- Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu [martina.nejepsova@homolka.cz](mailto:martina.nejepsova@homolka.cz).
- Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději **15.11.2011**. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

## 9. Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Mgr. Ondřeje Zemana Tel: +420 257 272 968, Mobil: +420 737 216 653, E-mail: [ondrej.zeman@homolka.cz](mailto:ondrej.zeman@homolka.cz).

Nemocnice Na Homolce  
Ing. Martin Mayer  
vedoucí OBMI



Příloha č. 1 Kupní smlouva na zdravotnický přístroj  
Příloha č. 2 Přehled požadovaných technických vlastností