



Zadávací dokumentace

k podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky: **Výběr dodavatele urologické optiky**

Zadavatel: **Nemocnice Na Homolce**

Sídlo: **Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5-Motol**

IČ: **00023884**

DIČ: **CZ00023884**

Bankovní spojení: **5012-1816024093/0300**

Statutární orgán: **MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice**

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

Ve věcech technických a smluvních:

Ing. Martin Mayer

Tel: +420 257 272 980

E-mail: martin.mayer@homolka.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení **urologických nástrojů** pro oddělení chirurgie Nemocnice Na Homolce, které splňují následující požadavky:

Resektoskop rotační s kontinuálním proplachem

- přímohledná optika 12°
- průměr 4 mm
- autoklávovatelný (včetně sterilizačního autoklávovatelného kontejneru)
- světlovodný kabelu 3 m
- aktivní pracovní element pro připojení monopolárních i bipolárních resekcí kliček s rychloupínáním s vnitřním pláštěm 24 Fr. a vnějším pláštěm 27 Fr.
- monopolární a bipolární kabel
- resekcí mono i bipolární elektroda

Ureterorenoskop

- přímohledná optika 7°
- průměr 9,8 Fr. x délka 430 mm
- kanál 6,4 Fr.
- autoklávovatelný (včetně sterilizačního autoklávovatelného kontejneru)
- světlovodný kabel 3 m
- vodič pro drtící sondu

Cystoskop

- šikmá optika 70°
- průměr 4 mm
- autoklávovatelný (včetně sterilizačního autoklávovatelného kontejneru)
- světlovodný kabel 3 m
- albarranův můstek jednocestný
- pracovní kanál 7 Fr.
- cystoskopický plášť 21 Fr.
- úchopové kleště: 7 Fr. délka 330 mm, flexibilní, autoklávovatelné
- bioptické kleště: 7 Fr. délka 330 mm, flexibilní, autoklávovatelné
- knoflíková elektroda vysokofrekvenční: 7 Fr. flexibilní autoklávovatelná
- kabel monopolární autoklávovatelný 3,5 m

Světlovodný kabel musí být připojitelný ke zdroji studené světla Olympus CLV-S30 a Olympus CLV-180.

Monopolární a bipolární kabel musí být připojitelný k elektrochirurgickému generátoru Olympus UES-30.

Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot, pokud to jejich povaha připouští, toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%.

3. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou a předloženo v elektronické podobě ve formátu PDF, jako součást nabídky.

4. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny bez DPH. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky

- Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
- Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

6. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

7. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští.

8. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
- Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy ve formátu PDF. Uchazeč použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní smlouvy pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá.
- Součástí nabídky bude vyplněná příloha č. 2 (Přehled technických požadavků)
- Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu martina.nejepsova@homolka.cz.
- Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději do **9.12.2011**. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

9. Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Mgr. Ondřeje Zemana, Tel: +420 257 272 968, Mobil: +420 737 216 653, E-mail: ondrej.zeman@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI



Příloha č. 1 Kupní smlouva na zdravotnický prostředek
Příloha č. 2 Přehled technických požadavků