



Zadávací dokumentace

K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky: **Výběr dodavatele monitorovacího systému**

Zadavatel: **Nemocnice Na Homolce**

Sídlo: **Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol**

IČ: **00023884**

DIČ: **CZ00023884**

Bankovní spojení: **5012-1816024093/0300**

Statutární orgán: **MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice**

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

Ve věcech technických a smluvních: Ing. Martin Mayer
Tel: +420 257 272 980
E-mail: martin.mayer@homolka.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na části, které jsou uvedené v tomto bodě. Předmětem veřejné zakázky je: Část 1) pořízení 6 ks monitorů vitálních funkcí s 1 ks centrální monitorovací stanicí pro jednotku intenzivní péče NNH a Část 2) 6 ks monitorů vitálních funkcí s 1 ks centrální monitorovací stanicí pro dospávací jednotku NNH, splňujících následující parametry:

Část 1) Jednotka intenzivní péče

Centrální monitorovací stanice:

- Zobrazení min. 8 lůžek současně
- Plná oboustranná komunikace s připojenými monitory
- Plné zobrazení vybraného monitoru
- Archivace plného průběhu křivek po dobu min. 24 hodin
- Monitor LCD min. 23"
- UPS, síťový prvek pro propojení monitorů a centrály
- Zasiťování 2 ks monitorů z vedlejší místnosti cca 20 m skrz zeď

Lůžkový monitor:

- Barevný displej TFT s úhlopříčkou min. 15"
- Doteková obrazovka
- Menu v českém jazyce
- Konfigurace 2 ks monitorů: EKG (3-5 svodů), NIBP, SpO2 (Nellcor), Respirace, 2*Teplota
- Konfigurace 4 ks monitorů: EKG (3-5 svodů), NIBP, SpO2 (Nellcor), Respirace, 2*Teplota, 2*IBP
- Trendy grafické a tabulkové všech parametrů min. 48 hodin
- Režim zobrazení velkých čísel
- Detekce pacemakeru
- Analýza arytmií a ST segmentu
- Obousměrná komunikace s centrálním monitorem
- Ethernet
- Spotřební materiál: 8 kompletních sad kabelů (EKG – 3 svod, SpO2 – prstový senzor, NIBP + dospělá manžeta, 2*IBP – Edwards komůrky, teplotní čidlo – povrchové)
- 6 ks držáků monitoru pro uchycení na svislou tyč o průměru min. 20 mm

Část 2) Dospávací jednotka

Centrální monitorovací stanice:

- Zobrazení min. 8 lůžek současně
- Plná oboustranná komunikace s připojenými monitory
- Plné zobrazení vybraného monitoru
- Archivace plného průběhu křivek po dobu min. 24 hodin

- Monitor LCD min. 23"
- UPS, síťový prvek pro propojení monitorů a centrály

Lůžkový monitor:

- Barevný displej TFT s úhlopříčkou min. 15"
- Doteková obrazovka
- Menu v českém jazyce
- Konfigurace 6 ks monitorů: EKG (3-5 svodů), NIBP, SpO2 (Nellcor), Respirace, 2*Teplota, 2*IBP
- Trendy grafické a tabulkové všech parametrů min. 48 hodin
- Režim zobrazení velkých čísel
- Detekce pacemakeru
- Analýza arytmií a ST segmentu
- Obousměrná komunikace s centrálním monitorem
- Ethernet
- Baterie součástí každého monitoru
- Spotřební materiál: 8 kompletních sad kabelů (EKG – 4 krát 5-ti svod a 4 krát 3 svod, SpO2 – prstový senzor, NIBP + dospělá manžeta, 2*IBP – Edwards komůrky, teplotní čidlo – povrchové)

Další požadavky:

- K nabídkám požadujeme návody k centrálním i lůžkovým monitorům v elektronické podobě
- BTK a servis v záruční době zdarma
- Záruka min. 2 roky
- Zaškolení technika OBMI na obsluhu, nastavení přístroje a provádění BTK
- Nástup na servis do 24 hodin, při neodstranění závady zapůjčení náhradního přístroje
- Cena pozáručního servisu a BTK

3. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou a předloženo v elektronické podobě ve formátu PDF, jako součást nabídky.

4. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je pro každou část veřejné zakázky výše nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude nabídková cena bez DPH. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnížší nabídkovou cenu.

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky

- Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění příslušné části veřejné zakázky bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

- Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

6. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

Zadavatel uzavře v rámci každé z částí veřejné zakázky samostatnou kupní smlouvu. Zvítězí-li stejný uchazeč v obou částech veřejné zakázky, bude uzavřena pouze jedna kupní smlouva.

7. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští.

8. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
- Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy ve formátu PDF. Uchazeč použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní smlouvy pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá.
- Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu martina.nejepsova@homolka.cz.
- Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději do **10.12.2011**. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

9. Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Bc. Ladislav Škarda, tel: +420 257 272 968, mobil: +420 603 280 350, e-mail: ladislav.skarda@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI



Příloha č. 1 Kupní smlouva na zdravotnický přístroj