



Zadávací dokumentace

k podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky: **Výběr dodavatele ultrazvukových sond**

Zadavatel: **Nemocnice Na Homolce**

Sídlo: **Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol**

IČ: **00023884**

DIČ: **CZ00023884**

Bankovní spojení: **5012-1816024093/0300**

Statutární orgán: **MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice**

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

Ve věcech technických a smluvních: Ing. Martin Mayer
Tel: +420 257 272 980
E-mail: martin.mayer@homolka.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení **ultrazvukových sond** pro oddělení kardiochirurgie a kardioanestézie Nemocnice Na Homolce, které splňují následující požadavky:

Ultrazvukové sondy pro přístroj Philips CX50

Širokopásmová sektorová sonda s frekvenčním rozsahem 1–5 MHz,

- elementy sondy nesmí být z keramického materiálu, ale tzv. monokrystaly

Širokopásmová lineární sonda s frekvenčním rozsahem 3–12 MHz,

- trapezoidální tvar sektoru na lineární sondě
- kompatibilita se stávajícím přístrojovým vybavením CX50
- součástí musí být SW upgrade přístroje Philips CX 50 umožňující plnohodnotné použití těchto sond včetně veškerých měření a kalkulací
- součástí dodávky musí být zaškolení aplikačním specialistou a vytvoření uživatelských přednastavení

Ultrazvuková sonda pro přístroj Philips iE33

Širokopásmová omniplanární jícnová sonda s frekvenčním rozsahem 2-7 MHz

- ochrana proti elektrovýbojům při použití na sále
- elementy sondy nesmí být z keramického materiálu, ale tzv. monokrystaly
- podpora modality 3D/4D zobrazení v reálném čase
- Kompatibilita se stávajícím přístrojovým vybavením Philips iE33 a zároveň Philips CX50
- Součástí musí být SW upgrade umožňující plnohodnotné použití této sondy včetně měření a kalkulací
- Součástí dodávky musí být zaškolení aplikačním specialistou a vytvoření uživatelských přednastavení

3. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou a předloženo v elektronické podobě ve formátu PDF, jako součást nabídky.

4. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky

- Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
- Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

6. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

7. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští.

8. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
- Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy ve formátu PDF. Uchazeč použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní smlouvy pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá.
- Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu martina.nejepsova@homolka.cz.
- Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději do **10.12.2011**. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

9. Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Mgr. Ondřeje Zemana, tel: +420 257 272 968, mobil: +420 737 216 653, e-mail: ondrej.zeman@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI



Příloha č. 1 Kupní smlouva na zdravotnický přístroj