



Zadávací dokumentace

K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky: **Výběr dodavatele infuzní techniky**

Zadavatel: **Nemocnice Na Homolce**

Sídlo: **Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol**

IČ: **00023884**

DIČ: **CZ00023884**

Bankovní spojení: **5012-1816024093/0300**

Statutární orgán: **MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice**

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

Ve věcech technických a smluvních: Ing. Martin Mayer
Tel: +420 257 272 980
E-mail: martin.mayer@homolka.cz

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 5 ks sestav infuzní techniky s konfigurací 9 ks infuzní pumpy a 27 ks lineárních dávkovačů pro NNH, splňujících následující parametry:

Infuzní pumpy (9 ks)

- přesnost dávkování: $\pm 5\%$
- průtok od 0,1 ml do 1200 ml/hod., krok 0,1 ml/hod
- možnost volby způsobu zadání a výpočtu dávky (rychlost/objem/čas)
- interní paměť na seznam min. 200 léků
- možnost podání bolusu a jeho nastavení
- možnost použití bez kapkového detektoru
- detektor vzduchu v setu
- možnost nastavení limitu okluzního tlaku se zobrazením aktuálního tlaku
- možnost nastavení alarmu pro detekci vzduchových bublin v setu
- možnost práce s infuzními sety od různých výrobců (i bezftalátových setů)
- indikace alarmů akusticky i vizuálně
- možnost použití na infuzní stojan, eurolištu nebo zapojení do sestavy
- síťový i bateriový provoz
- indikace doby provozu z vestavěného záložního zdroje
- uživatelské rozhraní v českém jazyce
- integrovaný systém zabraňující samovolnému toku infuze při vyjmutí setu z pumpy

Lineární dávkovače (27 ks)

- přesnost dávkování: $\pm 2\%$
- průtok od 0,1 ml do 1800 ml/hod s krokem 0.01 ml
- použití stříkaček od 5 ml do 50/60 ml od různých výrobců
- kontrola instalace a rozpoznání velikosti stříkačky
- chráněný píst stříkačky
- interní paměť na seznam min. 200 léků
- možnost podání bolusu a jeho nastavení
- výpočet rychlosti dle objemu a času
- omezení podaného objemu
- podání manuálního bolusu bez nutnosti vyjmout stříkačku z dávkovače
- načtení podaného objemu manuálním bolusem do celkového podaného objemu
- možnost proplachu setu před spuštěním infuze
- udržování průchodnosti linky po ukončení dávky
- možnost zobrazení názvu podávaného léku
- možnost zobrazení údaje „čas do konce stříkačky“ a upozornění na blízký konec infuze
- uživatelské nastavování hranice okluzního tlaku a zobrazování jeho skutečné hodnoty
- možnost manuálního nebo automatického spuštění nočního režimu
- indikace alarmů akusticky i vizuálně

- možnost použití na infuzní stojan, eurolištu nebo zapojení do sestavy
- síťový i bateriový provoz
- indikace doby provozu z vestavěného záložního zdroje
- uživatelské rozhraní v českém jazyce
- možnost připojení PCA

Dokovací stanice (5 ks)

- univerzální stanice jak pro lineární dávkovače, tak i pro infuzní pumpy
- v případě připojení přístrojů do dokovací stanice přebírá akustickou signalizaci jednotlivých přístrojů dokovací stanice
- možnost připojení až 8 přístrojů (8 pump, 8 dávkovačů, 8 v kombinaci) najednou do jedné sestavy s jedním společným napájecím síťovým kabelem

Nabízené přístroje budou umožňovat

- nezávislé kombinování přístrojů
- bezdrátové připojení do stávajícího monitorovacího systému Space One View od výrobce B.Braun Medical s.r.o. (včetně licencí)

Další požadavky:

- BTK a servis v záruční době zdarma
- Záruka min. 2 roky
- Zaškolení 3 techniků OBMI na obsluhu, nastavení přístroje, provádění BTK
- Cena spotřebního materiálu
- Cena pozáručního servisu a BTK
- K nabídce požadujeme přiložit návod k obsluze přístroje

3. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou a předloženo v elektronické podobě ve formátu PDF, jako součást nabídky.

4. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky

- Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
- Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
- Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

6. Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

7. Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští.

8. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
- Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy ve formátu PDF. Uchazeč použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní smlouvy pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá.
- Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu martina.nejepsova@homolka.cz.
- Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději do **12. 12. 2011**. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem s Ing. Martinou Nejepsovou na tel. +420 257 272 363, mobil: 1420 733 611 545.

9. Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Bc. Ladislava Škardy, tel: +420 257 272 187, mobil: +420 603 280 350, e-mail: ladislav.skarda@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI



Příloha č. 1 Kupní smlouva na zdravotnický přístroj