



## **Zadávací dokumentace**

### **K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení**

Název veřejné zakázky: **Výběr dodavatele fakoemulzifikačního přístroje**

Zadavatel: **Nemocnice Na Homolce**

Sídlo: **Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5-Motol**

IČ: **00023884**

DIČ: **CZ00023884**

Bankovní spojení: **5012-1816024093/0300**

Statutární orgán: **MUDr. Vladimír Dbalý, MBA  
ředitel nemocnice**

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), nezadává tuto veřejnou zakázku dle ZVZ.

## 1. Osoby oprávněné jednat za zadavatele

- a) ve věcech technických a smluvních: Ing. Martin Mayer  
Tel : 257 272 980  
E-mail: [martin.mayer@homolka.cz](mailto:martin.mayer@homolka.cz)

## 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka **fakoemulzifikačního přístroje** splňující následující požadavky:

- Příklad pro fakoemulzifikaci, předně segmentovou vitrektomii a koagulaci
- Příkladová sestava musí být kompletním funkčním celkem a musí obsahovat následující funkční prvky:
  - optimálně peristaltická i Venturiho pumpa, s možností volby, bez nutnosti změny kazety.
  - možnost nastavení okluzního módu, kontroly náběhu vakua, zajištění maximální stability přední komory
  - fako handpiece - 5 kusů
  - fakoemulzifikace:
    - variabilní a tvarovatelný puls mode + možnost nastavení pracovní délky impulzu
    - tvarovatelný burst mode
    - mikroincizní technika s využitím efektu studeného faka
  - přední vitrektomie: s možností nastavení frekvence
  - irigace a aspirace - optimálně s peristaltickým i Venturiho pohonem.
  - bipolární koagulace
  - možnosti nastavení
    - možnost uložení hodnot operatérů
    - možnost vytváření vlastních operačních procedur v paměti přístroje.
  - možnosti ovládání:
    - jednoduché (např. přes dotykovou obrazovku, infračervené dálkové ovládání nebo ovládání z programovatelného nožního ovladače)
    - nožní ovladač
      - lineárně a duálně ovládaný, s možností naprogramování ovládacích funkcí a zpětnou vazbou,
      - bezdrátově, nebo i kabelové provedení
    - programovatelný výsuvný stojan: pro 2 láhve
    - Software s možností pravidelného Up-grade

- Odběr stávajícího fakoemulzifikačního přístroje LEGACY AdvanTec firmy ALCON včetně příslušenství bez platné BTK (dále jen „**stávající přístroj**“). Tento požadavek je fakultativní. Nebude-li mít uchazeč zájem vyřazený přístroj odebrat, zadavatel si jej ponechá, a to bez vlivu na posouzení nabídky.
- Další požadavky:
  - BTK a servis v záruční době zdarma
  - záruka min. 2 roky (delší záruka výhodou)
  - zaškolení technika OBMI na obsluhu a nastavení přístroje
  - přehled spotřebního materiálu (název, cena,...)
  - nástup na servis do 24 hodin, při neodstranění závady zapůjčení náhradního přístroje
  - cena pozáručního servisu a BTK
  - podrobně rovněž v obchodních podmínkách (Viz. čl. 5 písm. b) této zadávací dokumentace)

### **3.Kvalifikační předpoklady**

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno oprávněnou osobou a předloženo v elektronické podobě ve formátu PDF, jako součást nabídky.

### **4.Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky**

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

### **5.Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky**

- Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Uchazeč neuvádí nabídkovou cenu při odběru stávajícího přístroje a bez odběru stávajícího přístroje..
- Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
- Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

### **6.Další podmínky**

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

### **7.Variantní řešení**

Zadavatel nepřipouští.

### **8.Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky**

- Nabídka bude vypracována v českém jazyce.

- b) Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy ve formátu PDF. Uchazeč použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní smlouvy pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá.
- c) Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu [martina.nejepsova@homolka.cz](mailto:martina.nejepsova@homolka.cz).
- d) Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději do 6.5.2011. Osobní předání nabídky musí být dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

## **9. Dodatečné dotazy**

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Ing. Martiny Nejepsové Tel: 257 272 363, Mobil: 733 611 545, E-mail: [martina.nejepsova@homolka.cz](mailto:martina.nejepsova@homolka.cz).

Nemocnice Na Homolce  
Ing. Martin Mayer  
vedoucí OBMI

Příloha č. 1 Kupní smlouva na zdravotnický přístroj