



Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5

V Praze dne 5.1.2012

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

Vážení,

zadavatel Nemocnice Na Homolce, IČ 00023884, se sídlem Roentgenova 2/37, Praha 5 – Motol poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám vnitřního výběrového řízení s názvem „Výběr dodavatele Anaerobního boxu“.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

- 1. V příloze č. 2 „Přehled zadavatelem požadovaných parametrů“ je v bodě „Cena spotřeby N2“ uvedena nesprávná cena 10 Kč za 1l plynu.
Správná cena je 0,05 Kč/l plynu.**
- 2. V příloze č. 2 „Přehled zadavatelem požadovaných parametrů“ je v bodě „Cena spotřeby směsného plynu“ uvedena nesprávná cena 130 Kč za 1l plynu.
Správná cena je 0,6 Kč/l plynu.**
- 3. Prodloužení termínu pro doručení nabídek do čtvrtka 12.1.2012**

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI

Přílohy:

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace včetně aktuální přílohy č. 2 „Přehled zadavatelem požadovaných parametrů“