



Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 2  
150 30 Praha 5

## **Dodatečné informace č. 2 k vnitřnímu výběrovému řízení s názvem „Výběr dodavatele plazmového sterilizátoru včetně sterilizačních agens na dobu 4 let“.**

Vážení uchazeči,  
zadavatel Nemocnice Na Homolce, IČ 00023884, se sídlem Roentgenova 2/37, Praha 5 – Motol poskytuje tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám vnitřního výběrového řízení s názvem „Výběr dodavatele plazmového sterilizátoru včetně sterilizačních agens na dobu 4 let“.

### **Dodatečné informace zadavatele č. 1**

Příloha č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace a formulář nabídkové ceny“ byla aktualizována a je zaslána jako příloha dokumentu „Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1“ k vnitřnímu výběrovému řízení s názvem „Výběr dodavatele plazmového sterilizátoru včetně sterilizačních agens na dobu 4 let“.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že jsou povinni při zpracování nabídky vycházet z této aktualizované přílohy č. 2 zadávací dokumentace.

### **Předmět dotazu č. 1**


Software, jehož je k užívání Zdravotnického přístroje nezbytně zapotřebí

#### **Dotaz č. 1**

Zadavatel v příloze č. 3 nazvané „77-11\_zd\_priloha\_03.doc“ (článek 2.2. Smlouvy) zadávací dokumentace požaduje, aby uchazeč předložil Software, jehož je k užívání Zdravotnického přístroje nezbytně zapotřebí. Bude zadavatel akceptovat poskytnutí SW, jenž umožní pouze nahlížení a správu uložených dat bez přístupu do operačního systému přístroje?

#### **Odpověď zadavatele k dotazu č. 1**

Zadavatel akceptuje SW, jenž umožňuje pouze nahlížení a správu uložených dat bez přístupu do operačního systému přístroje.



Nemocnice Na Homolce  
Ing. Martin Mayer  
vedoucí OBMI

V Praze dne 12.4.2012

#### Přílohy:

Příloha č. 1: Příloha 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace a formulář nabídkové ceny